



国联质检
UNITED NATION QUALITY DETECTION



152717110306-1
有效期至2021年10月27日

检 验 报 告

TEST REPORT

No ACC201007095



产品名称:

锐达舒™ 抑菌漱口水

委托单位:

吉林省润洋源生物制药有限公司

检验类别:

委托检验

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检验报告

N₂ACC201007095

共 3 页 第 1 页

样品名称	锐达舒™抑菌漱口水	注册商标	标称“锐达舒™”
规格型号	100ml	样品数量	100ml×3瓶
检测地点	陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼	检测类别	委托检验
委托单位	吉林省润沣源生物制药有限公司	接样日期	2020年10月29日
委托方地址	吉林省磐石市经济开发区安泰路 1277 号	检验完成日期	2020年11月26日
生产单位	标称“吉林省润沣源生物制药有限公司”	样品性状	液体, 适检
生产日期 / 批号	2020年10月10日/201004	委托方代表	李丽

检验依据

WS/T 650-2019 《抗菌和抑菌效果评价方法》

评价依据

WS/T 650-2019 《抗菌和抑菌效果评价方法》

检验结论

该样品作用浓度为原液, 作用时间 2 分钟, 试验重复 3 次, 对变异链球菌 (ATCC 25175)、牙龈卟啉单胞菌 (ATCC 33277) 的抑菌率均 > 90%, 对所测菌株有较强抑菌作用, 符合 WS/T 650-2019 (5.1.1) 的要求。

(以下空白)

备注:

- 委托方送样, 检测结果仅对来样负责。
- 委托方声称, 此样品规格型号还有 10ml、20ml、30ml、40ml、50ml、70ml、150ml、200ml、260ml、300ml。

授权签字人 (签字):

杨彦平

检验机构
盖章

最终审核日期:

2020 年 12 月 03 日



西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检验报告

№ ACC201007095

共 3 页 第 2 页

样 品 名 称	锐达舒™抑菌漱口水	接 样 日 期	2020年10月29日
检 验 项 目	悬液定量抑菌试验	检验完成日期	2020年11月26日

一、器材

- 1.样品名称：锐达舒™抑菌漱口水，批号：201004。
- 2.试验菌株名称：变异链球菌，菌株号：ATCC 25175，菌株代数：第三代；牙龈卟啉单胞菌，菌株号：ATCC 33277，菌株代数：第三代；菌株来源：ATCC。
- 3.仪器设备名称及编号：生物安全柜 YQF-057；生化培养箱 YQF-159。

二、方法

- 1.检验依据：WS/T 650-2019（5.1.1）。
- 评价标准：抑菌率 $\geq 50\% \sim 90\%$ ，判有抑菌作用，抑菌率 $\geq 90\%$ ，判有较强抑菌作用。
- 2.检验环境温度：26℃，相对湿度：41%。

三、结果

结果列于表1。

四、结论

该样品作用浓度为原液，作用时间2分钟，试验重复3次，对变异链球菌（ATCC 25175）、牙龈卟啉单胞菌（ATCC 33277）的抑菌率均 $> 90\%$ ，对所测菌株有较强抑菌作用，符合WS/T 650-2019（5.1.1）的要求。

接下页





西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检验报告

№ ACC201007095

共 3 页 第 3 页

表1

试验菌种	作用浓度及作用时间	对照样品平均菌落数 (CFU/ml)	试验样品平均菌落数 (CFU/ml)	抑菌率 (%)
变异链球菌 <i>Streptococcus mutans</i> Clarke ATCC 25175	原液	7.00×10^4	3.30×10^3	95.3
	2min	6.45×10^4	2.25×10^3	96.5
		6.80×10^4	3.10×10^3	95.4
牙龈卟啉单胞菌 <i>Porphyromonas gingivalis</i> ATCC 33277	原液	6.60×10^4	1.30×10^2	99.8
	2min	5.95×10^4	70	99.9
		7.30×10^4	1.60×10^2	99.8

(以下空白)

授权签字人（签字）：

杨彦平

检验机构
盖章

最终审核日期：

2020年12月03日





国联质检
UNITED NATION QUALITY DETECTION

注 意 事 项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
The report copy is invalid with no Detection Seal.
- 4、报告无授权签字人签字或其等效标识无效。
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。
The report copy is invalid if altered.
- 6、对暂未纳入本机构资质认定/认可的检测项目加*表示，仅供客户内部使用，不具有法律效应。
For the test items that are not included in the qualification recognition/recognition of the organization, the addition of * indicates that the test items are only for internal use by customers and have no legal effect.
- 7、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 8、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.



地址 (Address)：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

Building No.8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area, Shaanxi Province

咨询电话 (Tel)：029-84346232 投诉电话 (Complaints)：029-68282673

邮编 (Zip Code)：710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

